



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE

№ ФСЗ 2012/11640

от 12 марта 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ЗАО "АНАЛИТИКА", Россия,
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской
техники)

Анализатор газов крови EasyStat для лабораторной диагностики *in vitro*,
с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе)
производства

"Медика Корпорейшн", США,
Medica Corporation, 5 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730 USA

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4310

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №48304 от 06.12.2011

приказом Росздравнадзора от 12 марта 2012 года №969-Пр/12
разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

014889

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

№ ФСЗ 2012/11640

Лист 1

Принадлежности:

1. Электрод измерительный "pH" (EasyStat Electrode pH).
2. Электрод измерительный "pCO₂" (EasyStat Electrode pCO₂).
3. Электрод измерительный "pO₂" (EasyStat Electrode pO₂).
4. Электрод референсный (EasyStat Reference Electrode).
5. Электрод измерительный "K+" (EasyStat K+ (Potassium) Electrode).
6. Электрод измерительный "Na+" (EasyStat Na+ (Sodium) Electrode).
7. Электрод измерительный "Ca⁺⁺" (EasyStat Ca⁺⁺ (Calcium) Electrode).
8. Ремонтный набор (EasyStat Troubleshooting Kit): шприц; игла; трубки, 2 шт.; уплотнители для электродов, 4 шт.; тест-раствор окрашенный; блок тестовый.
9. Блок сенсорный (EasyStat Sensor Module).
10. Модуль клапанный (EasyStat Valve Module).
11. Трубка для помпы (EasyStat Pump Tube).
12. Пробоотборник автоматический (EasyStat Sampler).
13. Пластина прижимная (держатель для электродов) (EasyStat Compression Plate).
14. Осушитель зонда (EasyStat Probe Wiper).

И

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

12 марта 2012 года



Е.А. Тельнова

019977